SATURACIÓN ADECUADA DE OXÍGENO PARA RECIÉN NACIDOS PREMATUROS

(de 36 semanas de gestación o menores)

Con cualquier método de administración de Oxígeno (ARM, CPAP, halo, bigotera, bolsa), en cualquier circunstancia (reanimación, internación, traslados, cirugías, anestesias) y por cualquier período de tiempo.

ALARMA MÍNIMA del saturómetro

88%

SATURACIÓN DESEADA

89 a 94%

ALARMA MÁXIMA

95%

Controlar periódicamente, con oxímetro ambiental, la concentración de Oxígeno en la salida de los gases (Oxígeno y aire) y de la mezcla que llega al niño/a.

Grupo ROP.arg

Ministerio de Salud Argentina